

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θεσσαλονίκη, 24 -10-2016
Αρ. Πρ. 36435

Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16
Ταχ.Κώδικας : 546 23
Πληροφορίες : Βαφειάδης Π.
Τηλέφωνο :2313320537
Fax :2310252487
E mail :prom@3ype.gr, pvafeiadis@3ype.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διοίκηση της 3^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια μικροσκοπίου (σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές) για χρήση στο κυτταρολογικό εργαστήριο της Μ.Υ. ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ, αρμοδιότητας της 3^{ης} ΥΠΕ, προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά στην Διοίκηση της 3^{ης} Υ.Π.Ε. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη.

Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 34992/13-10-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΦΗΟΡΕΠ-0Π8) ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού **3.000,0 €** με Φ.Π.Α.

Γλώσσα :Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών **4-11-2016** και ώρα **14:00 π.μ.** στο Τμήμα Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη) ή έντυπα ή ηλεκτρονικά στο email: pvafeiadis@3ype.gr

Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από 07:30 έως 14:30 από το Τμήμα Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), οδός Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη ☎ 2313320537, 2313320584

Ο Διοικητής της 3^{ης} ΥΠΕ Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

Επαγγελματικό εργαστηριακό μικροσκόπιο για κυτταρολογικό εργαστήριο με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Διόφθαλμη κεφαλή με εύρος οπτικού πεδίου FN20 και κλίση 30 μοίρες
2. Δύο (2) προσοφθάλμιοι φακοί μεγέθυνσης 10x με εύρος οπτικού πεδίου FN20
3. Περιστρεφόμενος υποδοχέας αντικειμενικών φακών 4-5 θέσεων
4. Αντικειμενικοί φακοί, επίπεδοι, αχρωματικοί, μεγέθυνσης 4x/10x/40x
5. Τράπεζα παρασκευασμάτων με μηχανισμό εστίασης με ομοαξονικά κομβία
6. Ομοαξονικοί κοχλίες εστίασης αδρής και λεπτής ρύθμισης με εύρος κίνησης 20mm και τερματικό ανοδικού ορίου εστίασης
7. Φορέας παρασκευασμάτων κινούμενος με χειριστήρια στο δεξιό μέρος
8. Υποδοχέας δειγμάτων δύο (2) θέσεων με ελατήριο συγκράτησης στο αριστερό μέρος
9. Εσωτερική πηγή φωτισμού. Φωτιστική λυχνία αλογόνου 6Volt/30Watt με ρυθμιζόμενο διάφραγμα, ροοστάτη εντάσεως και διακόπτη λειτουργίας on/off
10. Τάση λειτουργίας 220Volt 50 Hz