

### ΥΓΡΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 24 LT

1. Να είναι class B, ειδικός για αποστείρωση τυλιγμένων ή ατύλιχτων εργαλείων, εργαλείων με αυλούς και κοιλότητες και διαθέτει γεννήτρια ατμού (steam generator)
2. Να έχει χωρητικότητα 23 - 24 λίτρων
3. Να έχει 5 προγράμματα λειτουργίας Class B με συνολικό χρόνο για τον κύκλο ( αποστείρωση, στέγνωμα και όλες τις φάσεις λειτουργίας) που να μην ξεπερνά τα 27' στο γρηγορότερο πρόγραμμα Class B και προγράμματα N και S όπου ο συνολικός χρόνος στο συντομότερο πρόγραμμα Class N να μην ξεπερνά τα 22' . Να διαθέτει πρόγραμμα αποστείρωσης prion. Να διαθέτει προγράμματα "N" στους 134 και 121 βαθμούς κελσίου.
4. Να διαθέτει πέντε (5) ανοξείδωτα ράφια - δίσκους τοποθέτησης υλικών και χειρολαβή έλξης για τους δίσκους
5. Να διαθέτει θύρα κάρτας μνήμης SD ή θύρα USB για να αποθηκεύει τα δεδομένα των αποστειρώσεων, γεννήτρια ατμού, έγχρωμη οθόνη αφής και σύστημα αναγνώρισης του ακάθαρτου νερού.
6. Να διαθέτει ενσωμάτωμένο αισθητήρα ποιότητας νερού στη δεξαμενή καθαρού νερού, για την προστασία του κλιβάνου από άλατα
7. Η κατανάλωση νερού ανά κύκλο να μην ξεπερνά τα 300 ml και η κατανάλωση ρεύματος να είναι έως 2300W στα 10A
8. Να έχει τη δυνατότητα προαιρετικά σύνδεσης με συσκευή από την οποία θα λαμβάνει αυτόματα απιονισμένο νερό
9. Να είναι πιστοποιημένος με τα πρότυπα EN13060, EN ISO 14971, EN 61010-1, EN 61010-2-040, EN 61326, EN 13445
10. Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος ISO 13485
11. Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 για τη διακίνηση και τεχνική συντήρηση των αυτοκαύστων.

#### **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

12. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά, πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα
13. Ο προμηθευτής να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β' 16/01/2004), να διαθέτει EN ISO 9001:2000 και EN ISO 13485:2003 καθώς και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε βάσει των Π.Δ. 117/2004 και Π.Δ. 15/2006

14. Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους καθορίζεται σε εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στο χώρο εγκατάστασής του Κέντρου Υγείας, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.
15. Εγκατάσταση μηχανήματος- Επίδειξη λειτουργίας-Εκπαίδευση προσωπικού (όπου είναι απαραίτητο).
16. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Να παρέχεται πλήρης εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών (από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του σε πλήρη λειτουργία) που να καλύπτει εργασίες και όλα τα ανταλλακτικά.
17. Τεχνική υποστήριξη και παρεχόμενο service από τον προμηθευτή.

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: 5.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%**